

Паспорт
Стаканы и колбы стеклянные лабораторные по ТУ 9464-019-29508133-2015

Колбы конические

1. Назначение

Предназначены для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.

2. Основные технические характеристики

Номинальная вместимость, мл	Цена деления, мл	Диаметр колбы, мм	Высота, мм	Диаметр горловины, мм (исп. 2)	Обозначение конуса по ГОСТ 8682 (исп. 1)
25	---	$42 \pm 1,0$	$70 \pm 3,0$	$22 \pm 1,5$	14/23
50	5	$51 \pm 1,0$	$85 \pm 3,0$	$22 \pm 1,5; 34 \pm 1,5$	
100	10	$64 \pm 1,5$	$105 \pm 3,0$	$34 \pm 1,5; 50 \pm 2,0$	29/32
250	25	$85 \pm 2,0$	$140 \pm 3,0$		
500	---	$105 \pm 2,0$	$170 \pm 4,0$	$50 \pm 2,0$	---
	50				
1000	100	$131 \pm 3,0$	$215 \pm 4,0$	$50 \pm 2,0$	---
2000	250	$166 \pm 3,0$	$275 \pm 4,0$		
3000	500	$187 \pm 3,0$	$310 \pm 4,0$		
5000	500	$220 \pm 3,0$	$365 \pm 4,0$		

1. Колбы изготовлены по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
2. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (), из медицинского стекла по ГОСТ 19808 () или из другого стекла, соответствующего по физико-химическим свойствам стеклу по ГОСТ 21400 ().
3. Колбы номинальной вместимостью 50 мл и выше имеют ориентировочную шкалу.
4. Номинальная вместимость в обозначении и наименовании колб является условной.
5. Тип Кн - коническая. Исполнение 1 - с взаимозаменяемым конусом, исполнение 2 - без взаимозаменяемого конуса и с цилиндрической горловиной.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие колб конических требованиям ТУ 9464-019-29508133-2015 и ГОСТ 25336-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.