

**Паспорт**  
**Палочки стеклянные**  
**ТУ 4320-012-29508133-2009**

**1. Назначение**

Предназначены для перемешивания невязких растворов при проведении лабораторных анализов.

**2. Основные технические характеристики**

1. Палочки стеклянные изготовлены по ТУ 4320-012-29508133-2009.
2. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
3. Размеры, мм:
  - L (220 ± 5) × Ø (5 ± 0,5);
  - L (350 ± 5) × Ø (6,5 ± 0,5).

**3. Упаковывание, транспортирование и хранение**

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно. Стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

**4. Требования безопасности**

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

**5. Сведения об утилизации**

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

**6. Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие палочки стеклянной требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**7. Свидетельство о приемке**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.